

Campinas (SP), 04 de fevereiro de 2026.

Ao
Município de Itacambira
Itacambira/MG

Processo Licitatório Nº0011/2026
Pregão Eletrônico Nº 004/2026

Ref.: Pedido de Revisão e esclarecimento

Ilmo. Pregoeiro(a) e Comissão de Licitação,

A empresa **Canon Medical Systems do Brasil Ltda.**, inscrita no **CNPJ sob nº 46.563.938/0014-35**, vem solicitar **revisão e esclarecimento**, referente ao **Anexo I – Termo de Referência - Item 01 – Detector de Raios X Digital**, pelos seguintes motivos:

1. Do Esclarecimento

Pedido de esclarecimento: No edital, onde se lê "armazenamento mínimo de 500 GB", solicita-se esclarecimento quanto à possibilidade de aceitação de estação de trabalho com armazenamento interno de 256 GB, desde que plenamente compatível com a finalidade do sistema.

O armazenamento interno de 256 GB é tecnicamente adequado para a rotina de radiologia digital, considerando que as imagens de raios X em formato DICOM possuem tamanho relativamente reduzido. Essa capacidade permite o armazenamento de um volume expressivo de exames de forma temporária, sem risco de impacto no fluxo operacional. Ressalta-se que, na prática, o armazenamento local da estação de trabalho tem caráter provisório, uma vez que os exames são encaminhados ao sistema PACS para arquivamento definitivo. Assim, os 256 GB oferecem margem suficiente para garantir a continuidade do serviço, inclusive em situações excepcionais de indisponibilidade temporária de rede ou do PACS, sem prejuízo ao atendimento assistencial.

Adicionalmente, a capacidade de armazenamento interno de 256 GB é atualmente adotado pela maioria dos fabricantes de sistemas de radiologia digital, atendendo de forma plena às necessidades operacionais da estação de trabalho. A adequação desse parâmetro permite a ampliação do número de fornecedores aptos a participar do certame, promovendo maior competitividade, isonomia e obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, sem qualquer prejuízo técnico, operacional ou clínico ao sistema ofertado.

Dessa forma, será aceita estação de trabalho com armazenamento interno de 256 GB, por atender integralmente às necessidades operacionais e clínicas do sistema, preservando a eficiência do serviço e ampliando a competitividade do certame, sem qualquer prejuízo à qualidade ou à segurança operacional?

2. Do Pedido

Ante o exposto, requer-se:

1. **A revisão e/ou o devido esclarecimento** dos itens acima mencionados, de forma a garantir condições isonômicas de participação e assegurar ampla competitividade entre os licitantes;

O atendimento ao presente pleito contribui para a formulação de propostas tecnicamente adequadas às necessidades do órgão contratante, promovendo a seleção da solução mais vantajosa para a Administração Pública, em observância aos princípios da isonomia, competitividade, eficiência, julgamento objetivo e interesse público, conforme dispõe a Lei nº 14.133/2021.

A **Canon Medical Systems do Brasil Ltda.**, empresa de reconhecida atuação no mercado nacional, reitera seu interesse em participar do certame e coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos técnicos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,


MARLY SAYURI EISHIMA
GERENTE DE VENDAS PUBLICAS
RG N° 18.157.997-2 SSP/SP
CPF N° 110.896.598-90

46.563.938/0014-35
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA
Av. Pierre Simon DE Laplace, 965
Techno Park - CEP 13069-320
CAMPINAS - SP